

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

Số: /TM - BVĐKT

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ đề nghị ngày 04/4/2024 của khoa Hồi sức tích cực chống độc về việc khảo sát và báo giá cho kế hoạch thay thế phụ kiện cho máy khử khuẩn và làm sạch không khí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang mời các đơn vị cung ứng dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia khảo sát và báo giá cho kế hoạch: Thay thế phụ kiện cho máy khử khuẩn và làm sạch không khí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với nội dung cụ thể như sau:

I/ Thông tin của đơn vị mời khảo sát và báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

2. Thời gian tiến hành khảo sát: Giờ hành chính từ ngày 12/4/2024 đến ngày 22/4/2024 (SĐT liên hệ: 0963.301.187 - đ/c Lan Anh: Nhân viên phòng HCQT).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Bản báo giá gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0204.3854.249.

+ Bản Scan đóng dấu gửi về địa chỉ Email:

bvdk.hanhchinhquantri@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12/4/2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22/4/2024. Các báo giá gửi sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II/ Nội dung mời khảo sát và báo giá

1. Danh mục mời khảo sát và báo giá

TT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Bộ đèn phản ứng của máy khử khuẩn và làm sạch không khí	- Bộ bao gồm 20 bóng đèn UV bước sóng 254nm, chiều dài 322 mm, đường kính 15,7 mm, điện áp 56V, công suất bóng 8W/bóng - Đảm bảo tương thích với Máy khử khuẩn không khí GCS-50/Airocide/Mỹ	Bộ	10			
	Tổng cộng						

2. Mẫu báo giá:

Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiến hành khảo sát (có Biên bản khảo sát thực trạng) và báo giá dịch vụ theo mẫu báo giá đính kèm./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BVĐKT (đăng thông báo);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Thân Trọng Hưng

**TÊN ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:; SĐT liên hệ:.....

Giấy đăng ký kinh doanh số:, được cấp bởi:.

.....

Căn cứ vào thư mời khảo sát thực trạng và báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá Thay thế phụ kiện cho máy khử khuẩn và làm sạch không khí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ.....

TT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1							
2							
Tổng cộng giá trị của Dịch vụ đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)							
Bằng chữ:							

2. Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

**Đại diện hợp pháp của
nhà cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)**

